学校給食食材の測定結果について

福島県立福島中央高等学校

本校では、東京電力福島第一原子力発電所事故の発生を受け児童生徒等の安全・安心の確保のため学校給食における放射性物質について検査を実施していますので、その結果をお知らせします。

1 検査方法

NaI(TI)シンチレーションスペクトロメータによる検査

2 測定機械

EMF211型ガンマ線スペクトロメータ(EMFジャパン株式会社製)

3 測定下限値

25Bq/Kgとしますが、25Bq/kq未満で検出された場合は、当該検出値を表記します。

4 検査結果

検査年月日	食材名	産地名	測定結果				備考
			セシウム134	検出下限値	セシウム137	検出下限値	
R3.5.6	もやし	福島県	検出せず	＜5.16	検出せず	＜4.80	
R3.5.6	なめこ	福島県	検出せず	＜5.45	検出せず	＜5.07	
R3.5.6	アスパラガス	福島県	検出せず	＜6.17	検出せず	＜5.74	
R3.5.6	三つ葉	福島県	検出せず	＜6.07	検出せず	＜5.64	
R3.5.6	ぶなしめじ	長野県	検出せず	＜4.97	検出せず	＜4.62	
R3.5.7	いちご	福島県	検出せず	＜4.61	検出せず	＜4.23	
R3.5.7	にら	茨城県	検出せず	＜5.34	検出せず	＜4.90	
R3.5.7	長ねぎ	茨城県	検出せず	＜5.03	検出せず	＜4.61	
R3.5.7	玉ねぎ	北海道	検出せず	＜4.72	検出せず	＜4.33	
R3.5.7	きゅうり	福島県	検出せず	＜5.11	検出せず	＜4.68	
R3.5.10	もやし	福島県	検出せず	＜5.00	検出せず	＜4.63	
R3.5.10	長ねぎ	茨城県	検出せず	＜4.90	検出せず	＜4.54	
R3.5.10	キャベツ	茨城県	検出せず	＜4.88	検出せず	＜4.52	
R3.5.10	にんじん	徳島県	検出せず	＜6.35	検出せず	＜5.89	
R3.5.11	にら	茨城県	検出せず	＜5.55	検出せず	＜5.18	
R3.5.11	キャベツ	茨城県	検出せず	＜4.95	検出せず	＜4.62	
R3.5.11	にんじん	徳島県	検出せず	＜5.69	検出せず	＜5.31	
R3.5.11	じゃがいも	北海道	検出せず	＜4.51	検出せず	＜4.21	
R3.5.11	ごぼう	青森県	検出せず	＜6.16	検出せず	＜5.58	
R3.5.12	玉ねぎ	北海道	検出せず	＜4.63	検出せず	＜4.30	
R3.5.12	じゃがいも	北海道	検出せず	＜4.57	検出せず	＜4.24	
R3.5.12	もやし	福島県	検出せず	＜4.90	検出せず	＜4.55	
R3.5.12	えのきだけ	新潟県	検出せず	＜4.66	検出せず	＜4.33	
R3.5.12	パセリ	茨城県	検出せず	＜5.49	検出せず	＜5.10	
R3.5.13	にら	茨城県	検出せず	＜5.12	検出せず	＜4.73	
R3.5.13	長ねぎ	茨城県	検出せず	＜5.42	検出せず	＜5.00	
R3.5.13	大根	千葉県	検出せず	＜4.99	検出せず	＜4.61	
R3.5.13	ごぼう	青森県	検出せず	＜6.38	検出せず	＜5.89	
R3.5.13	にんじん	徳島県	検出せず	＜5.30	検出せず	＜4.90	

5 参考事項